

Szczecin, dnia 21 marca 2018 r.

Sprawa: A.2601.38.2018

dotyczy: zapytania ofertowego nr A.2601.38.2018 na „Dostawę surowic, krążków i testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

dotyczy: pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 krążki z minimalnym terminem 8 miesięcy? Część wrażliwych antybiotyków ma krótsze terminy ważności niż wymagane 24 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności antybiotyków minimum 12 miesięcy – odpowiedź na niniejsze pytanie będzie przedmiotem modyfikacji zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

dotyczy: pakiet nr 18, poz. 2,3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycjach 2 i 3 dopuści minimalny termin 4 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na niniejsze pytanie będzie przedmiotem modyfikacji zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji nr 5 dopuści minimalny termin 9 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na niniejsze pytanie będzie przedmiotem modyfikacji zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji nr 6 dopuści minimalny termin 9 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na niniejsze pytanie będzie przedmiotem modyfikacji zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w pozycji nr 7 dopuści minimalny termin 2 miesięcy? Odczynnik zawiera czerwone krwinki, przez co jego trwałość jest krótka.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na niniejsze pytanie będzie przedmiotem modyfikacji zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

(§ 7) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

Odpowiedź na pytanie nr 6: W § 7 ust. 1 pkt 3) Zamawiający pisze: „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:...

... 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;”

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

(§ 4 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT w sytuacjach określonych w § 4 ust. 4.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

(§ 4 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT w sytuacjach określonych w § 4 ust. 4.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?


Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Lobrzycka