

Szczecin, dnia 22 marca 2018 r.

Sprawa: A.2601.38.2018

dotyczy: zapytania ofertowego nr A.2601.38.2018 na „Dostawę surowic, krążków i testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

dotyczy: pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3, testów do diagnostyki Borrelia EUROLINE-RN-AT w klasie M zawierających następujące antygeny:

VlsE Bb: Wysoko oczyszczony rekombinowany antygen VlsE z Borrelia burgdorferi (Bb).

p41 i p39: Wysoko oczyszczona rekombinowana flagellina (p41) i BmpA (p39) z Borrelia.

OspC-adv Ba, OspC-adv Bb, OspC-adv Bg i OspC-adv Bsp: Wysoko oczyszczone rekombinowane, wysoko specyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii (Ba), Borrelia burgdorferi (Bb), Borrelia garinii (Bg) i Borrelia spielmanii (Bsp).

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka