

Szczecin dnia 30.04.2014

Pieczęć Zamawiającego

Sprawa: A.272.9.2014

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „DOSTAWY WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014.”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Zamawiający w załączniku nr 1 formularz cenowy w zakładce Szczecin (pakiety od 7 do 11) jako wyjaśnienie znaczenia znaków: „*” , „A” i „B” , znajdujących się przed nazwami odczynników chemicznych, dodaje następującą treść

* Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbek rozpuszczalnika w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, oznakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, rozpuszczalniki w dostawach muszą być, co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przesłane wraz z ofertą nieodpłatnie próbki nie będą zwracane.

^A - Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona.

^B - Próbką odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy, HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko