

## Pytania i odpowiedzi

### Przetarg znak A.272.9.2014

„DOSTAWY WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014.”

#### Pytanie nr 1:

„Moje pytanie dotyczy przetargu Nr sprawy A.272.9.2014 w Pakiecie 10 dla Szczecina przed nazwami odczynników widnieją litery z gwiazdką:

3	SZCZECIN	ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC	*B Metanol o czystości gradientowej , min. 99,9% zawartość wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002 meq/g, filtrowany przez filtr 0,2µm	9 op.	2500 ml	22500 ml	24 HPLC	do 2014		
4	SZCZECIN	ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC	*AB Dichlorometan (Zawartość-min 99,9% Woda-max.0,01% Kwasowość- max 0,0002 meq/g Filtrowany przez filtr 0,2 µm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczeniu pestycydów i WWA)	19 op.	1000 ml	19000 ml	24 HPLC	do 2014		
5	SZCZECIN	ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC	*A Cykloheksan (bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczeniu WWA, wymagane dostarczenie próbki do zbadania przydatności)	7 op.	1000 ml	7000 ml	24 HPLC	do 2014		
6	SZCZECIN	ODCZYNNIKI	*AB Acetonitryl czystość gradientowa min.	41 op.	2500 ml	102500 ml	24 do	2014		




B - Próbkę odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy, HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż w **Pakiecie nr 9 Szczecin Odczynniki chemiczne**, również znajduje się dodatkowe zastrzeżenie.

Uzupełnienie Załącznika o ww. treść nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

STARSZY SPECJALISTA  
ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO  
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

  
Marcin Dawicki

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Szczecinie  
dr n. med. Janusz Daszko

