

Szczecin dnia 22.05.2014

Pieczęć Zamawiającego  
Sprawa: A.272.10.2014

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „DOSTAWY PODŁOŻY DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014.”

## Pytania i odpowiedzi

### 1. Pytanie nr 1 (pakiet nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża o następującym składzie w g/l: ekstrakt drożdżowy – 3,00 g, purpura bromokezolowa – 0,015g, glukozowa – 1,0 g arginina – 5,0g?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 2. Pytanie nr 2 (pakiet nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 podłoża o następującym składzie w g/l: ekstrakt drożdżowy – 3,00g, , purpura bromokezolowa – 0,015g, glukozowa – 1,0 g?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 3. Pytanie nr 3 (pakiet nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 podłoża o następującym składzie w g/l: ekstrakt drożdżowy – 3,00 g, purpura bromokrezolowa – 0,015g, glukoza – 1,0g, chlorowodorek L – lizyny – 5,0g?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 4. Pytanie nr 4 (pakiet nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 podłoża o następującym składzie w g/l: ekstrakt drożdżowy – 3,00g, purpura bromokrezolowa – 0,015, glukoza 1,0g ornityna – 5,0g?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**5. Pytanie nr 5 (pakiet nr 3)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23 podłoży z 11 – tygodniowym terminem ważności? Oferowane podłoża posiadają termin ważności, który wynosi 3 miesiące od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę, jakości i dostawę towaru, maksymalny termin ważności podłoży w dniu dostawy będzie wynosił 11 tygodni.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**6. Pytanie nr 6 (pakiet nr 3)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 9, 15, 21, 22 podłoży z 5 miesięcznym terminem ważności?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na 5 miesięczne terminy ważności z pozycji 9,15,21,22.**

**7. Pytanie nr 7 (pakiet nr 3)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 podłoża z 3 tygodniowym terminem ważności?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**8. Pytanie nr 8 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 16, 19 podłoży z 11 miesięcznym terminem ważności.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**9. Pytanie nr 9 (pakiet nr 3)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 podłoża o następującym składzie: Hydrolizat kazeinowy – 5,0 g, Wyciąg mięsny – 8,0g, Skrobia kukurydziana – 1,0 g, Agar – 14,0 g, Chlorek sodu – 5,0g, Wyciąg drożdżowy 10,0 g Krew barania – 50,0 ml?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**10. Pytanie nr 10 (pakiet nr 1)**

Czy zamawiający w pozycji 6 zgodzi się na dostarczenie opakowania 500g?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**11. pytanie nr 11 (pakiet nr 1)**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści SS agar o składzie:

<b>Skład:</b>	<b>gram / litr</b>
Wyciąg mięsny 'Lab-Lemco'	5.0
Pepton	5.0
Laktoza	10.0
Sole żółci	8.5
Cytrynian sodu	10.0
Tiosiarczan sodu	8.5
Cytrynian żelazowy	1.0
Zieleń brylantowa	0.00033
Czerwień obojętna	0.025
Agar	15.0

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 8 agar SS o zaproponowanym składzie.**

**12. Pytanie nr 12 (pakiet nr 1)**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści podłoże o składzie?

<b>Skład:</b>	<b>gram / litr</b>
Wyciąg mięsny 'Lab-Lemco'	1.0
Pepton	10.0
Mannitol	10.0
Chlorek sodu	75.0
Czerwień fenolowa	0.025
Agar	15.0

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 10 podłoże Chapman o zaproponowanym składzie.**

**13. Pytanie nr 13 (pakiet nr 1)**

Czy Zamawiający w pozycji 12 zgodzi się na dostarczenie opakowania 500g?

**Odp.: Zamawiający w pozycji 12 wyraża zgodę na dostarczenie opakowania 500g.**

**14. Pytanie nr 14 (Pakiet nr 3):**

**Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści podłoże o składzie:**

Wyciąg mięsny 'Lab-Lemco'	5.0
Pepton	10.0
Ekstrakt drożdżowy	3.0
Wodorofosforan dwusodowy	1.0
Dwuwodorofosforan sodowy	0.6
Laktoza	10.0
Sacharoza	10.0
Czerwień fenolowa	0.09
Zieleń brylantowa	0.0047
Agar	12.0

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany skład podłoża z poz. 2.**

**15. Pytanie nr 15 (Pakiet 3)**

**Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści podłoże o składzie:**

Skład	gram /litr
Special pepton	23.0
Skrobia	1.0
Chlorek sodu	5.0
Agar	10.0
Odwłókniona krew barania	50.0 ml

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany skład podłoża z poz. 3.**

**16. Pytanie nr 16 (pakiet nr 3) Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści podłoże o składzie:**

Peptomycol	10.0
Glukoza	40.0
Chloramfenikol	0.5
Dwuzasadowy fosforan sodu	0.4
Lecytyna	0.03
L-Histydyna	0.01
Tiosiarczan sodu	0.078
Tween 80	0.3

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany skład podłoża z poz. 7.**

**17. Pytanie nr 17 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści podłoże o minimalnym terminie 4 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na minimalny termin 4 tygodni, wyraża zgodę na minimalny termin 11 tygodni.**

**18. Pytanie nr 18 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża na minimalny termin 8 tygodni, wyraża zgodę na minimalny termin 5 miesięcy.**

**19. Pytanie nr 19 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści podłoże o minimalnym terminie 10 tygodni?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podłoże o minimalnym terminie 10 tygodni z poz. 10.**

**20. Pytanie nr 20 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści podłoże o minimalnym terminie 11 tygodni i składzie jak poniżej?

Skład	gram/litr
Trypton	15.0
Pepton sojowy	5.0
Chlorek sodu	5.0
Histydyna	1.0
Lecytyna	0.7
Tween 80	5.0 ml
Agar	18.0

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże z poz. 10 o zaproponowanym składzie.**

**21. Pytanie nr 21 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści podłoże o minimalnym terminie 10 tygodni?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**22. Pytanie nr 22 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści podłoże w probówkach o objętości 10ml, przeliczenie zapotrzebowania i minimalnym termin trwałości 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże z pozycji 15 w probówkach 10 ml. o zaproponowanym minimalnym 8 tygodniowym terminie trwałości, wyraża zgodę na 5 miesięczny termin trwałości.**

**23. Pytanie nr 23 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści podłoże w probówkach o objętości 10ml, przeliczenie zapotrzebowania i minimalnym termin trwałości 12 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże z poz. 16 w probówkach 10 ml. o zaproponowanym minimalnym 12 tygodniowym terminie trwałości – wyraża zgodę na 11 miesięczny termin ważności.**

**24. Pytanie nr 24 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni z poz. 17, wyraża zgodę na 11 tygodniowy termin trwałości.**

**25. Pytanie nr 25 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni z poz. 18, wyraża zgodę na 11 tygodniowy.**

**26. Pytanie nr 26 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści podłoże o minimalnym terminie 12 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 12 tygodni z poz. 19, wyraża zgodę na 11 miesięczne.**

**27. Pytanie nr 27 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści podłoże o minimalnym terminie 5 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 5 tygodni z poz. 20, wyraża zgodę na 11 tygodniowy.**

**28. Pytanie nr 28 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni z poz. 22 , wyraża zgodę na 5 miesięczny.**

**29. Pytanie nr 29 (pakiet nr 3)**

Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłoże o minimalnym terminie 8 tygodni z poz. 23 , wyraża zgodę na 11 tygodniowy.**

**30. Pytanie nr 30 (Pakiet 4)**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści produkt o minimalnym terminie 4 miesięcy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 1 produkt o minimalnym terminie 4 miesiące.**

**31. Pytanie nr 31 (pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści podłoże o minimalnym terminie 8 miesięcy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 produkt o minimalnym terminie 8 miesiące.**

**32 Pytanie nr 32 (pakiet nr 7)**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści produkt o minimalnym terminie 14 miesięcy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**33. Pytanie nr 33 (pakiet nr 7)**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści suplement bez heminy i dostarczenie Zamawiającemu bazy z heminą o gramaturze 500g (pozycja 8) w celu uzyskania kompletnego podłoża. Oba produkty tego samego producenta.

1. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**

**34. Pytanie nr 34 (pakiet nr 7)**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści podłoże o składzie:

**Skład:**

**gram / litr**

Wyciąg mięsny 'Lab-Lemco'	3.0
Ekstrakt drożdżowy	3.0
Pepton	20.0
Chlorek sodu	5.0
Laktoza	10.0
Glukoza	1.0
Cytrynian żelaza	0.3
Tiosiarczan sodu	0.3
Czerwień fenolowa	0.05
Agar	12.0

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**35. Pytanie nr 35 (Pakiet nr 8)**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści produkt o minimalnym terminie 14 miesięcy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

Dotyczy pakietu nr 1:

**36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 podłoża zawierającego w swoim składzie czerwień fenolową 0,025 g/l oraz pH 7,4 +/- 0,2 ?**

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

**37. Czy Zamawiający mógłby podać dokładny skład podłoża wymaganego w pozycji nr 6?**

Odp.: Skład podłoża przedstawiony jest w pytaniu nr 38.

**38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 podłoża o składzie: Skład w g/l:**

Wyciąg z tkanek zwierzęcych.....	5,00
Ekstrakt wołowy.....	1,50
Ekstrakt drożdżowy.....	1,50
Chlorek sodu.....	5,00
Agar.....	15,00
pH w temp 25°C 7,4 +/- 0,2	
Wydajność: 28,00 g/1000 ml	

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę.



**39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża nie zawierającego w swoim składzie Deoksychloanu sodu, reszta zgodna z SIWZ?**

*Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę.*

**40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 podłoża zawierającego w swoim składzie D-Mannitol 10 g /l, reszta zgodna SIWZ?**

*Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę.*

**41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 podłoża o składzie:  
Skład w g/l:**

Wyciąg z tkanek zwierzęcych.....	5,00
Glukoza.....	10,00
Diwodorofosforan potasu.....	1,00
Siarczan magnezu .....	0,50
Róż bengalski.....	0,025
Dichloran.....	0,002
Agar .....	15,00

pH w temp 25°C 5,6+/-0,2  
Wydajność: 15,75g/500 ml

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, na zaproponowany skład.**

**42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 podłoża o składzie:  
SKŁAD PODŁOŻA w g/l:**

Pankreatynowy wyciąg z żelatyny .....	20,00
Chlorek magnezu.....	1,40
Siarczan potasu.....	10,00
Cetrymid.....	0,30
Agar .....	15,00

pH w temp 25°C 7,2+/-0,2  
Wydajność: 46,70 g/1000 ml

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, na zaproponowany skład.**

**Dotyczy pakietu nr 2:**

**43. Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga podłoża zawierającego w swoim składzie agar?**

**Odp.: Zamawiający w poz. 3 nie wymaga w składzie podłoża agaru.**

**44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 podłoża w opakowaniu TWIN-PACK (część A+ część B) o składzie:**

**SKŁAD PODŁOŻA w g/l:**

Część A: Acetamid.....	10,00
Część B: Chlorek sodu .....	5,00
Wodorofosforan dwupotasu .....	1,39
Dwuwodorofosforan potasu.....	0,73
Siarczan magnezu.....	0,50
Czerwień fenolowa.....	0,012
Agar.....	15,00
pH w temp 25°C 7,0+/-0,2	

Wydajność: 22,63 g/1000 ml

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany skład.**

**45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża o składzie:**

**Skład w g/l:**

Wyciąg z tkanek zwierzęcych.....	5,00
Glukoza.....	10,00
Diwodorofosforan potasu.....	1,00
Siarczan magnezu .....	0,50
Chloramfenikol.....	0,10
Dichloran.....	0,002
Agar .....	15,00
pH w temp 25°C 5,6+/-0,2	

Wydajność: 15,8g/500 ml

Odp.: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany skład.

**46. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 9 podłoża o takim samym składzie jak w pozycji 2?**

Odp.: Nie, zamawiający nie wymaga w pozycji 9 podłoża o takim samym składzie jak w pozycji 2.

**47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 podłoża o pH 7,5 +/- 0,2?**

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 suplementu, który w swoim składzie nie zawiera irgasanu, ponieważ występuje on w pudrze jako składnik podstawowy bazy?

Odp. Nie zamawiający nie wyraża zgody.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 podłoża, które w składzie podstawowym zawiera tergitol?

Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę.

### DOTYCZY PAKIETU NR 3

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża które w swoim składzie zawiera Zielen brylantynową 0,0047 g/l oraz Agar 18 g/l ? Pozostałe składniki podłoża zgodnie z SIWZ. Ilość użytego agaru zależy od jego siły żelowania. Siła zestalania jest zależna od źródła pozyskiwania agaru, w związku z tym polskie normy określają zakres, w którym powinna mieścić się ilość agaru w pożywce.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 podłoża o składzie: SKŁAD PODŁOŻY w g/l

Pepton .....	10,0
Agar A .....	12,0
D - glukaza .....	40,0
Chloramphenicol .....	0,05
pH 5,6	
Lecithin .....	0,7
Polysorbate 80 (Tween 80).....	5,0
Tiosiarczan sodu x5H <sub>2</sub> O.....	0,5
L- histydyna .....	1,0
pH .....	7,0

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę, na ww. skład.

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 podłoża , które w swoim składzie zawiera Teluluryn potasu 0,105 g/l oraz pH 7,0+/- 0,2? Reszta zgodnie z normą.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 podłoża o składzie: SKŁAD PODŁOŻA w g/l

Węgiel aktywny.....	1,50
Ekstrakt drożdżowy.....	10,00
ACES bufor .....	16,00
Sól jednopotasowa a –ketoglutaranu .....	2,00
Wodorotlenek potasu.....	3,70
Chlorowodorek cysteiny (jednowodny) ....	0,40
Pirofosforan żelaza (III) .....	0,25
Agar .....	17,00

pH 6,9±0,2

**odp.: Nie zamawiający nie wyraża zgody.**

**54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 podłoża o składzie:SKŁAD PODŁOŻA w g/l:**

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny.....	15,00
Pepton sojowy.....	5,00
Chlorek sodu .....	5,00
Agar .....	15,00
Lecytyna.....	0,70
L-histydyna.....	1,00
Tiosiarczan sodu x 5 H <sub>2</sub> O.....	0,50
Tween 80.....	5,00

pH 7,3 ± 0,2

odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 podłoża, które w swoim składzie zawiera Dezoksycholan sodu 2,5 g/l? Reszta zgodnie z normą?

odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 i 19 podłoża, które w swoim składzie zawierają Chlorek magnezu 36,0 g/l? Reszta zgodnie z normą?

odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 18 podłoża które w swoim składzie zawiera Agar 17 g/l oraz pH 6,9 +/- 0,4? Pozostałe składniki podłoża zgodnie z normą. Ilość użytego agaru zależy od jego siły żelowania. Siła zestalania jest zależna od źródła pozyskiwania agaru, w związku z tym polskie normy określają zakres, w którym powinna mieścić się ilość agaru w pożywce.

odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 23 podłoża o pH 7,2 +/- 0,2 ?

odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Szczecinie

**dr n. med. Janusz Daszko**

