

Sprawa: A.272.16.2014

Szczecin, dnia 02 września 2014 r.

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.16.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz koncentratorem purge and trap z autosamplerem, dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie."*

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym przetargu wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań dotyczących przetargu nieograniczonego wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora masowego z szybkością skanowania 12500 amu na sekundę?

**Odpowiedź nr 1**

Nie.

**Pytanie nr2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora masowego o czułości skanowania EI: dla 1 pg OFN S/N  $\geq$  600:1 dla m/z 272 ?

**Odpowiedź nr 2**

Nie.

**Pytanie nr3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny chromatograficznej HP-5ms 30m na 0,25 mm, 1,00 $\mu$ m ?

**Odpowiedź nr3**

Nie.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko