

Szczecin, dnia 15 lutego 2019 roku

Sprawa: A.272.2.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.2.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań dotyczących przetargu nieograniczonego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W SIWZ rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia, w tabeli specyfikacji technicznej, w rubryce granice wykrywalności istnieje zapis:

granice wykrywalności (ppt),

In (115)<0,1,

Bi(209)<0,1

U(238)<0,1


natomiast w parametrach punktowanych, tj. załącznik nr 1 do SIWS istnieje zapis:

Granice wykrywalności ng/l (ppt):

209Bi lub 238U – wysokie masy, tryb pracy bez gazu poniżej 0,1 ng/l
0,1 i mniej

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści spektrometr z wykazaną granicą wykrywalności <0.1 ppt dla 209Bi, jako przedstawiciela wysokich mas, zgodnie z zapisem w tabeli parametrów punktowanych (zał. Nr 1 do SIWZ)?

Odpowiedź na pytanie nr 1: TAK.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka