

Szczecin, dnia 10 lutego 2020 roku

Sprawa: A.272.2.2020

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.2.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów, surowic i krążków laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2020 r.”*

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań dotyczących przetargu nieograniczonego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 8:

dotyczy: pakiet nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do izolacji materiału wirusowego (DNA i RNA) z próbek kału, który spełnia wszystkie opisane wymogi ale który ze względu na trudny materiał podczas izolacji wymaga inkubacji w wyższej temperaturze niż temperatura pokojowa?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 9:

dotyczy: pakiet nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do identyfikacji Norowirusów I i II, który posiada egzogenną kontrolę wewnętrzną skierowaną do innego genu niż GAPDH?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Szczecinie
[Podpis]
Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie