

Sprawa: A.272.22.2013

Szczecin, dnia 04 września 2013 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.22.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie testów do diagnostyki i podłoży mikrobiologicznych”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Treść wymagań opisanych pod częścią nr 1 w punkcie 3 otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„3. Okres ważności od daty dostawy:
- suchych podłoży – minimum 24 miesiące;”

II. Treść wymagań opisanych pod częścią nr 2 w punktach nr 3, 4, 10 i 12 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„3. Każda płytką, próbówką, butelką winna być oznaczona czytelnym nadrukiem bądź etykietą zawierającymi informację: nazwa podłoża, seria, data ważności” .

„ 4. Opakowanie zbiorcze (5, 10 lub 20 płytek/probówek) opatrzone etykietą, bezpośrednio na folii lub kartoniku zabezpieczającymi pakiet, zawierającą nazwę podłoża, serię i datę ważności”.

„10. Podłoże w poz. 21 (SF-bulion) - próbki plastikowe po 5 ml podłoża, oznaczone etykietą informacyjną znajdującą się na środku próbki, wysokość próbki 100 mm do 110 mm, szerokość próbki przy wlewie 15 mm, z wciskany korkiem, pakowane po 50 szt.”.

„12. Podłoże w poz. 33 (TSB-bulion) - próbki plastikowe po 10 ml podłoża, oznaczone etykietą informacyjną znajdującą się na środku próbki, wysokość próbki od 13 do 16 cm, szerokość próbki przy wlewie od 15 mm do 16 mm, z wciskany korkiem, pakowane po 50 szt.”.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka