

Szczecin, dnia 06 marca 2017 r.

Sprawa: A.272.4.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.4.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę akcesoriów chromatograficznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań dotyczących przetargu nieograniczonego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 5

W pozycji nr 2, 4 i 6 Zamawiający wymaga zaoferowania przedkolumn do kolumn z pozycji odpowiednio 1, 3 i 5. W pozycji 2, 4 i 6 podane są konkretne wymiary przedkolumn tj. 10 x 4,6 mm. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu przedkolumnowego o innych wymiarach, ale również spełniającego swoje przeznaczenie, czyli ochronę kolumn z pozycji 1, 3 i 5?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów przedkolumn.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie
Małgorzata Dobrzycka
dr n. med. Małgorzata Dobrzycka-Dobrzycka