



Wojewódzka Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
tel./fax.: +48-91-462-45-69/+48-91-462-46-40
e-mail: administracja@wsse.szczecin.pl

Szczecin, dnia 8... lipca 2011 r.

Znak Sprawy: AAT.272.6.2011

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „dostawę odczynników chemicznych, produktów farmaceutycznych, odczynników do HPLC, filtrów, sączków, bibuły, papierków wskaźnikowych, certyfikowanych materiałów odniesienia, wzorca biologicznego, wzorców chemicznych i fizycznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie”.

Pytanie 1:

Część I, pozycje 85-89. Czy wskazana wartość procentowa oznacza zawartość danego pierwiastka (np.: Pd, Mg) czy też procentową zawartość całego związku (np.: Pd(NO₃)₂)?

Odpowiedź:

Oznacza zawartość danego pierwiastka.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo zamówienie następujących modyfikatorów:

- Pozycja 85: AccuStandard, nr: MOD-09C-1:1% Pd w 5% NHO3 [Pd(NO₃)₂]
- Pozycja 86: AccuStandard, nr:MOD-07-5:2%Mg w 5% HNO3 [Mg(NO₃)₂]
- Pozycja 87: SCP Science, nr: 140-003-195: 0,3% Pd +0,5% Mg w 1% HNO3 [Pd(NO₃)₂] + Mg(NO₃)₂

Odpowiedź:

Pozycja 85 – Tak

Pozycja 86 – Nie

Pozycja 87 - Nie

ZATWIERDZAM

D Y R E K T O R
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Szczecinie

lek. med. Jerzy Jakubek

RADCA PRAWNY

Beda
Sz. 158

Ewa Bednarzka

Pretencjonalnie