

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
125 000 euro

Wojewódzka Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„zakup i dostawę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie
termocyklera Real-Time PCR”

W ramach kodów CPV:

38500000-0	Aparatura kontrolna i badawcza
38434540-3	Sprzęt biometryczny
30213300-8	Komputer biurkowy
38000000-5	Sprzęt, laboratoryjny , optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30231300-0	Monitory ekranowe
48461000-7	Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
48624000-8	Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

wg „Wspólnego słownika zamówień”.

Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

- pobrać ze strony internetowej: <http://www.wsse.szczecin.pl>
- odebrać w siedzibie przy ul. Spedytorskiej 6/7, pok. Nr 15 w godzinach od 7:25 do 15:00
- przesłać pocztą na wniosek Wykonawcy, przesłany na numer fax.: 091/462-40-60 wew. 151.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem , uruchomieniem w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarно Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 **termocyklera Real-Time PCR** ; aparatu do przeprowadzenia reakcji łańcuchowej polimerazy i oznaczania produktów łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem komputerem przenośnym.

II Określenie wielkości i zakresu zamówienia (wymagania ogólne)

- aparat fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, sprawny, nieużywany, rok produkcji 2012, gotowy do wykonywania badań,
- sprzęt przeznaczony do wykonywania badań z zakresu chorób zakaźnych (czynniki wirusowe i bakteryjne), żywności, GMO
- certyfikat lub inny dokument dopuszczenia do stosowania na terenie Polski,
- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej,
- gwarancja 18 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru aparatu,
- czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym do 24 godzin,
- system otwarty umożliwiający analizę przy pomocy zestawów testowych pochodzących od innych niż producent urządzenia firm komercyjnych dostępnych na rynku,
- wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych, i/ lub materiałów eksploatacyjnych
- do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego sprzętu i specyfikację techniczną,
- pomoc telefoniczna serwisu w zakresie obsługi urządzenia,
- pomoc telefoniczna w zakresie wykonywania badań i oceny wyników,
- oprogramowanie – do programowania pracy urządzenia i analizy wyników,
- komputer przenośny współpracujący z urządzeniem,
- w ramach dostawy i ceny dostawca przeprowadzi instalację i szkolenie pracowników w laboratorium w zakresie działania urządzenia oraz przeprowadzenia oznaczenia,
- należy określić koszt serwisu pogwarancyjnego
- wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania następujących czynności: fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

Oferta winna zawierać koszt: urządzenia, dostawy, wniesienia, instalacji, uruchomienia sprzętu w podanej lokalizacji, szkolenia personelu, przeglądów gwarancyjnych

Specyfikacja sprzętu:

Lp	Termocykler RealTime PCR
1	system multipleksowy, 5-kanalowy z certyfikatem CE-IVD do diagnostyki <i>in vitro</i> . Certyfikat producenta należy dołączyć do oferty
2	system optyczny ze stałą drogą optyczną pomiędzy źródłem światła i detektorem, bez konieczności stosowania barwnika referencyjnego
3	źródło wzbudzenia: diody wzbudzające LED
4	detekcja fluorescencji: fotopowielacz z filtrami emisyjnymi
5	liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 10 rzędów (10^{10})
6	termocykler we wszystkich kanałach kompatybilny z wszystkimi dostępnymi systemami stosowanymi w technice Real Time PCR: SybrGreen, EvaGreen; sondy hydrolizujące typu TaqMan, FRET, Molecular Beacons, Scorpions
7	detekcja co najmniej następujących fluoroforów: FAM TM , SYBR Green I, Fluorescein, EvaGreen®, Alexa Fluor 488, JOE TM , VIC®, HEX, TET TM , CAL Fluor® Gold 540, Yakima Yellow®, ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 568, Fluor Red 610, Cy5, Quasar®670, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 680
8	jednorodność temperatury między próbkami +/- 0.01°C
9	dokładność nastawu temperatury +/- 0.25°C
10	szybkość chłodzenia: minimum 20°C/sek, grzania: minimum 15°C/sek
11	wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed eksperymentem
12	możliwość temperaturowej kalibracji systemu przez użytkownika
13	aparat umożliwiający wykorzystywanie standardowych próbek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych
14	aparat umożliwiający jednoczesne przeprowadzenie 36 lub 72 reakcji, możliwość dodatkowego wyposażenia urządzenia do pracy ze 100 próbkami w tym samym czasie
15	komputer przenośny pełniący funkcję stacji sterującej
16	oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym pod WINDOWS umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników
17	brak limitów licencji oprogramowania, bezpłatne uaktualnienie programu do detekcji i analizy
18	funkcje oprogramowania: - możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji; - ustawianie temperatury detekcji w dowolnie wybranym etapie reakcji/cyklu; - funkcja szybkiego programowania systemu; - możliwość dodawania/omijania cykli w aktualnie realizowanym programie; - funkcja wydłużania czasu pracy w ramach danego cyklu; - możliwość obniżania temperatury w ramach danego cyklu; - możliwość wyznaczenia stężenia DNA na podstawie krzywej standardowej; - analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji; - analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; wyznaczenie linii podstawowej uwzględniające zmienną ilość punktów dla każdej próby cyklu; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej; - względna analiza ilościowa: wyznaczanie względnych ilości amplifikowanego fragmentu przynajmniej trzema metodami; $\Delta\Delta C_p$; z wykorzystaniem dwóch krzywych standardowych; poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w tym samym eksperymencie
19	system otwarty, możliwość tworzenia aplikacji z użyciem odczynników niesystemowych
20	gwarancja oraz pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta urządzenia na świadczenie takiej pomocy, dołączyć aktualną autoryzację do oferty
21	wykonawca i gwarant musi posiadać na terenie Polski autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaświadczenie o autoryzacji załączyć do oferty

III. W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt Wykonawcy.

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych : nie

V. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

VI. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych - nie

VII. Wymagany termin realizacji umowy:

- termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

VIII. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – Zamawiający może żądać, przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - Zamawiający może żądać umowy spółki cywilnej po wybraniu ich oferty, a przed zawarciem umowy.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3.
 - 1) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,oraz :
 - 2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

Niespełnienie powyższych warunków, bądź niedołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Ponadto do oferty należy dołączyć ofertę cenową sporządzoną według formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

IX. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

X. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia **26 września 2012** roku do godz. 9⁰⁰ w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15. Otwarcie ofert nastąpi dnia **26 września 2012** roku o godz. 10⁰⁰ w siedzibie WSSE w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 13b.

XIII. Termin związania ofertą – **30 dni (od ostatniego terminu składania ofert)**

XIV. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

ZATWIERDZAM

D Y R E K T O R
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

lek. med. Jerzy Jakubek

RADCA PRAWNY
Sz-956
Grażyna Tokarska